

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT		Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
			LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN ZN Ref. 52021

LOTE:	250342	Fecha de fabricación 21-03-2025	Fecha de vencimiento 03-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 21-03-2025	Presentaciones Caja x 5 Laminas y 10 Laminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración Ziehl Neelsen	Control BAAR positivo (+)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen se observan BAAR en 100 campos microscópicos observados. (microorganismos de estructura cilíndrica color rojo)	Cumple
	Control BAAR negativo (-)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen, NO se observan BAAR. Se observan leucocitos, moco y otras bacterias	Cumple

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2025