

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
LUGOL DE GRAM Ref. 12213		

LOTE:	250403	Fecha de fabricación 01-04-2025	Fecha de vencimiento 10-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 01-04-2025	Presentación 200mL, 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido café traslúcido sin partículas en suspensión	Cumple
Volumétrico	% de Yodo	0.47 – 0.51	0.50 %
	% de Yoduro de Potasio	0.97– 1.02	1.00 %
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	
		Buena y adecuada captación del colorante. Campo limpio	

Analista Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 04-2025