

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		AMONIO OXALATO 1% Ref. 14006

LOTE:	250410	Fecha de fabricación 04-04-2025	Fecha de vencimiento 10-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 04-04-2025	Presentación 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión	Cumple
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.001 – 1.003	1.000
Potenciometría	pH 20°C	5.62 – 6.75	6.53
Desempeño	Observación de plaquetas en sangre total anti coagulada	Plaquetas redondas, con gran índice de refracción	Cumple
		Campo limpio sin precipitados	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 04-2025