

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
TURK Ref. 14008		

LOTE:	250429	Fecha de fabricación 11-04-2025	Fecha de vencimiento 04-2028
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 11-04-2025	Presentación 200mL, 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul claro, sin precipitado	Cumple
	Olor	Olor característico a vinagre	Cumple
Espectrofotometría Concentración de color (Dilución 10:100)	λ de máxima absorción	660 – 670 nm	667 nm
	Absorbancia	0.1675 – 0.2076	0.206
Volumetría	Concentración (%) de ácido Acético	2.94 – 3.06	3.02
Desempeño	Observación de Glóbulos Blancos	Núcleos Refringentes Precipitados ausentes Buena y adecuada captación del colorante	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 04-2025