

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>ETANOL CETONA</b><br>Ref. 12211                                                |                                   |                                                                               |

|                                                                    |               |                                           |                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>LOTE:</b>                                                       | <b>250430</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>14-04-2025 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>04-2028      |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |               | <b>Fecha de análisis</b><br>14-04-2025    | <b>Presentación</b><br>200mL, 500mL, 1000mL |

| MÉTODO               | DESCRIPCIÓN                     | ESPECIFICACIONES                                            | RESULTADO |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico</b> | Aspecto físico                  | Líquido incoloro sin partículas en suspensión               | Cumple    |
| <b>Densimetría</b>   | Densidad 20°C g/cm <sup>3</sup> | 0.800 – 0.810                                               | 0.800     |
| <b>Desempeño</b>     | Tinción de Gram                 | Control Gram positivo: Cocos color morado                   | Cumple    |
|                      |                                 | Control Gram negativo: Bacilos color rosado                 |           |
|                      |                                 | Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.           |           |
|                      |                                 | Buena y adecuada decoloración de estructuras Gram negativas |           |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 04-2025