

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		COLOR-QUICK


LOTE:	250506	Fecha de fabricación 07-05-2025	Fecha de vencimiento 05-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 08-05-2025	Presentación 100mL, 200mL, 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
COLOR-QUICK FIJADOR Ref. 07010	Color	Líquido, verde azulado, sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría	λ máx. absorción: 612 a 622 nm	619 nm
		ABS máx. 0.100 – 0.450	0.202
COLOR-QUICK I Ref. 07011	Color	Líquido, naranja oscuro, sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría 1:125 (1cm)	λ máx. absorción: 510 a 520 nm	517 nm
		ABS máx. 1.127 – 1.380	1.281
COLORQUICK II Ref. 07012	Color	Líquido azul oscuro, sin precipitado	Cumple
	Espectrofotometría 1:125 (1cm)	λ máx. absorción: 627 a 637 nm	631 nm
		ABS máx. 0.774 – 1.102	1.004

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 05-2025