

**LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN ZN**

Ref. 52021


|                                                             |        |                                    |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| LOTE:                                                       | 250525 | Fecha de fabricación<br>14-05-2025 | Fecha de vencimiento<br>05-2026                 |
| Fabricado /comercializado por:<br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |        | Fecha de análisis<br>14-05-2025    | Presentaciones<br>Caja x 5 Láminas y 10 Láminas |

| MÉTODO                                                       | DESCRIPCIÓN                  | ESPECIFICACIONES                                                                                                                                          | RESULTADO |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico                                                | Aspecto físico               | Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear                                                                                 | Cumple    |
| Láminas con frotis<br>Control<br>Coloración Ziehl<br>Neelsen | Control BAAR<br>positivo (+) | Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen se observan BAAR en 100 campos microscópicos observados. (microorganismos de estructura cilíndrica color rojo) | Cumple    |
|                                                              | Control BAAR<br>negativo (-) | Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen, NO se observan BAAR.<br>Se observan leucocitos, moco y otras bacterias                                        | Cumple    |

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 05-2025