

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		URICONTROL Ref. 20121

LOTE:	250544	Fecha de fabricación 21-05-2025	Fecha de vencimiento 11-2025
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 21-05-2025	Presentación Caja 2 x 25mL

Organoléptico/Desempeño	URICONTROL I		URICONTROL II	
PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Aspecto Físico	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple	Líquido ligeramente amarillo sin precipitado	Cumple
pH	5.5 ± 6.5	5.5	5.5 ± 6.5	6.5
Densidad	1.005 a 1.015	1.005	1.010 – 1.020	1.015
Proteínas	1+ - 2+	2+	3+ - 5+	4+
Glucosa	1+ - 3+	2+	3+ - 4+	3+
Cetona	NA	NA	NA	NA
Nitritos	NA	NA	NA	NA
Hemoglobina	NA	NA	1+ 3+	3+

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 05-2025