

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>AMONIO OXALATO 1%</b><br>Ref. 14006                                            |                                   |                                                                               |

|                                                      |        |                                    |                                 |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                | 250545 | Fecha de fabricación<br>21-05-2025 | Fecha de vencimiento<br>11-2026 |
| Fabricado /comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>22-05-2025    | Presentación<br>100mL           |

| MÉTODO         | DESCRIPCIÓN                                             | ESPECIFICACIONES                                  | RESULTADO |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico  | Aspecto físico                                          | Líquido incoloro sin partículas en suspensión     | Cumple    |
| Densimetría    | Densidad 20°C g/cm <sup>3</sup>                         | 1.001 – 1.003                                     | 1.002     |
| Potenciometría | pH 20°C                                                 | 5.62 – 6.75                                       | 6.56      |
| Desempeño      | Observación de plaquetas en sangre total anti coagulada | Plaquetas redondas, con gran índice de refracción | Cumple    |
|                |                                                         | Campo limpio sin precipitados                     |           |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 05-2025