

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT		Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
			ETANOL CETONA Ref. 12211

LOTE:	250555	Fecha de fabricación 29-05-2025	Fecha de vencimiento 05-2028
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 29-05-2025	Presentación 250mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión	Cumple
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	0.800 – 0.810	0.800
Desempeño	Tinción de Gram	Control Gram positivo: Cocos color morado	Cumple
		Control Gram negativo: Bacilos color rosado	
		Estructuras claras y definidas. Sin precipitados.	
		Buena y adecuada decoloración de estructuras Gram negativas	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 05-2025