

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
EOSINA 1% Ref. 12513		


LOTE:	250618	Fecha de fabricación 10-06-2025	Fecha de vencimiento 06-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 11-06-2025	Presentaciones 100mL, 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Físico	Aspecto	Líquido color naranja rojizo sin precipitado	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1 cm)	λ de máxima absorbancia	510 – 520 nm	516 nm
	Absorbancia	1.070 – 1.602	1.243
Desempeño	Tinción de eosinófilos en moco nasal	Gránulos de los eosinófilos se observan de color naranja	Cumple
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 06-2025