

Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
KOVAC Ref. 20301		

LOTE:	250619	Fecha de fabricación 10-06-2025	Fecha de vencimiento 06-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 10-06-2025	Presentación 50mL, 100mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Color amarillo claro traslúcido sin precipitados	Cumple
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	0.90 – 0.94	0.92
Desempeño	Determinación producción de indol en cultivo bacteriano	Cepa Indol positivo color rosado a rojo	Cumple
		Cepa Indol negativo sin cambio de color	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 06-2025