

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>EDTA</b><br>Anticoagulante<br>Ref. 11003                                       |                                   |                                                                               |

|                                                      |        |                                    |                                 |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                | 250620 | Fecha de fabricación<br>10-06-2025 | Fecha de vencimiento<br>06-2028 |
| Fabricado /comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>10-06-2025    | Presentación<br>200mL, 500mL    |

| MÉTODO         | PARÁMETROS                      | ESPECIFICACIONES                                   | RESULTADO |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico  | Aspecto físico                  | Líquido incoloro, transparente,<br>sin precipitado | Cumple    |
| Volumétrico    | Concentración (EDTA %)          | 4.9 – 5.3 %                                        | 5.1 %     |
| Potenciometría | pH 20°C                         | 4.2 – 4.4                                          | 4.35      |
| Densimetría    | Densidad 20°C g/cm <sup>3</sup> | 1.00 – 1.30                                        | 1.021     |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 06-2025