

|                                 |                                   |                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Albor</b><br>Químicos        | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>GLUCOTEST®</b><br>Ref. 31001 |                                   |                                                                               |

|                                                                     |              |                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>LOTE:</b>                                                        | <b>50319</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>26-03-2025 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>03-2027 |
| <b>Fabricado / comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |              | <b>Fecha de análisis</b><br>09-04-2025    | <b>Presentación</b><br>Caja x 50       |

| MÉTODO                | DESCRIPCIÓN                                                         | ESPECIFICACIONES                                                                  | RESULTADO       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Organoléptico</b>  | Aspecto físico                                                      | Polvo cristalino ligeramente naranja, olor a naranja libre de partículas extrañas | Cumple          |
| <b>Fisicoquímico</b>  | Pérdida por secado                                                  | Máx. 0.5 % (50°C, peso constante)                                                 | 0.1%            |
|                       | Límite de 5-hidroximetilfurfural y sustancias relacionadas por U.V. | Absorbancia Máx. 0.25 (a 284 nm)                                                  | 0.025           |
|                       | Uniformidad de dosis por variación de peso                          | L1 Máx. 15                                                                        | 2.37            |
|                       | Valoración por polarimetría de DEXTROSA                             | Mínimo 99.2% +52.5 a +53.2                                                        | 103.4%<br>+52.8 |
| <b>Microbiológico</b> | Recuento total de microorganismos aerobios                          | Máx. 10 ufc/g                                                                     | < 10 ufc/g      |
|                       | Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras         | < 10 ufc/g                                                                        | < 10 ufc/g      |
|                       | Escherichia coli                                                    | Ausente                                                                           | Ausente         |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 04-2025