

|                                                                                   |                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1            |
|                                                                                   |                                   | <div style="text-align: center;"> <b>URICONTROL</b><br/>         Ref. 20121       </div> |

|                                                      |        |                                    |                                 |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                | 250838 | Fecha de fabricación<br>19-08-2025 | Fecha de vencimiento<br>02-2026 |
| Fabricado /comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>19-08-2025    | Presentación<br>Cj 2 x 25mL     |

| Organoléptico/Desempeño | URICONTROL I                                 |           | URICONTROL II                                |           |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| PARÁMETRO               | ESPECIFICACIONES                             | RESULTADO | ESPECIFICACIONES                             | RESULTADO |
| Aspecto Físico          | Líquido ligeramente amarillo sin precipitado | Cumple    | Líquido ligeramente amarillo sin precipitado | Cumple    |
| pH                      | 5.5 ± 6.5                                    | 6.0       | 5.5 ± 6.5                                    | 6.5       |
| Densidad                | 1.005 a 1.015                                | 1.010     | 1.010 – 1.020                                | 1.015     |
| Proteínas               | 1+ - 2+                                      | 1+        | 3+ - 5+                                      | 4+        |
| Glucosa                 | 1+ - 3+                                      | 2+        | 3+ - 4+                                      | 4+        |
| Cetona                  | NA                                           | NA        | NA                                           | NA        |
| Nitritos                | NA                                           | NA        | NA                                           | NA        |
| Hemoglobina             | NA                                           | NA        | 1+ 3+                                        | 3+        |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 08-2025