

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
EDTA Anticoagulante Ref. 11003		

LOTE:	250855	Fecha de fabricación 21-08-2025	Fecha de vencimiento 08-2028
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 21-08-2025	Presentación 200mL

MÉTODO	PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (EDTA %)	4.9 – 5.3 %	4.96 %
Potenciometría	pH 20°C	4.2 – 4.4	4.4
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.000 – 1.300	1.022

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

— 

Fecha 08-2025