

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
		ACIDO TRICLOROACETICO 1.2N (20%) Ref. 13013

LOTE:	250911	Fecha de fabricación 04-09-2025	Fecha de vencimiento 09-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 04-09-2025	Presentación 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin material particulado.	Cumple
	Olor	Olor característico	Cumple
Volumétrico	Concentración N (C ₂ HCl ₃ O ₂)	1.19 – 1.21	1.21 N

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 09-2025