

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
ALCOHOL ACIDO Ref. 12221		

LOTE:	251053	Fecha de fabricación 30-10-2025	Fecha de vencimiento 10-2028
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR S.A.S.		Fecha de análisis 30-10-2025	Presentación 200mL, 500mL, 1000mL


MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro traslúcido, sin precipitado	Cumple
	Olor	Característico a alcohol	Cumple
Volumétrico	Concentración (HCl N)	0.31 – 0.37	0.33
Desempeño	Tinción de Ziehl Neelsen	Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo	Cumple
		Control BAAR negativo: Bacilos de color azul	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada decoloración de las estructuras	

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 10-2025