

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FIELD A Ref. 12121		

LOTE:	251135	Fecha de fabricación 21-11-2025	Fecha de vencimiento 11-2027
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 25-11-2025	Presentación 50mL, 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría 1:50 (1cm)	λ de máx. absorción	652 – 662 nm	660 nm
	Absorbancia	1.2218 – 2.00	1.348
Desempeño	Tinción Field en Gota Gruesa	Estructuras y definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 11-2025