

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FUCSINA FENICADA ZN Ref. 12222		

LOTE:	251216	Fecha de fabricación 11-12-2025	Fecha de vencimiento 12-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 15-12-2025	Presentaciones 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido rojo brillante sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1cm)	λ de máx. absorción	540 – 550 nm	548 nm
	Absorbancia	0.432– 0.721	0.531
Desempeño	Tinción ZIEHL NEELSEN	Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo	Cumple
		Control BAAR negativo: Bacilos de color azul	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 12-2025