

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FIELD A Ref. 12121		

LOTE:	260124	Fecha de fabricación 19-01-2026	Fecha de vencimiento 01-2028
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 20-01-2026	Presentación 50mL, 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría 1:50 (1cm)	λ de máx. absorción	652 – 662 nm	660 nm
	Absorbancia	1.2218 – 2.00	1.400
Desempeño	Tinción Field en Gota Gruesa	Estructuras y definidas	Cumple
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 01-2026