

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
DRABKIN Ref. 14002		

LOTE:	260147	Fecha de fabricación 27-01-2026	Fecha de vencimiento 07-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 27-01-2026	Presentación 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido amarillo, traslúcido, sin precipitado.	Cumple
Cianometahemoglobina	Determinación de Hb	Mínimo 0.410 Patrón de Hemoglobina 15.0 g/dl	0.415

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 01-2026