

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
NAIR azul metileno Ref. 12303		

LOTE:	260236	Fecha de fabricación 18-02-2026	Fecha de vencimiento 02-2028
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 19-02-2026	Presentación 50mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido azul oscuro sin precipitado.	Cumple
Potenciometría	Medir pH	3.5 a 4.5	3.98
Espectrofotometría 1:500 (1 cm)	λ de máxima absorción	658 - 668 nm.	665 nm
	Absorbancia máx.	0.230 – 0.290	0.257
Desempeño	Tinción de trofozoitos intestinales Montaje de MF	El citoplasma de los leucocitos, macrófagos y otras células se colorean de azul claro	Cumple
		Los núcleos de los trofozoitos se colorean de azul oscuro	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada fijación del colorante	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 02-2026