

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
NATT & HERRICKS Ref. 80102		

LOTE:	260246	Fecha de fabricación 18-02-2026	Fecha de vencimiento 10-2026
Fabricado / comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 18-02-2026	Presentación 200mL


MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido color violeta traslúcido, sin precipitado.	Cumple
Espectrofotometría 1:25 (1 cm)	λ de máxima absorción	585 - 595 nm.	588 nm
	Absorbancia máx.	0.450 – 0.650	0.469

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 02-2026

Documento creado febrero/2020

Fecha última actualización noviembre /2024