

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
AMONIO OXALATO 1% Ref. 14006		

LOTE:	260250	Fecha de fabricación 19-02-2026	Fecha de vencimiento 08-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 19-02-2026	Presentación 200mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro sin partículas en suspensión	Cumple
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.001 – 1.003	1.003
Potenciometría	pH 20°C	5.62 – 6.75	6.55
Desempeño	Observación de plaquetas en sangre total anti coagulada	Plaquetas redondas, con gran índice de refracción	Cumple
		Campo limpio sin precipitados	

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 02-2026