

LÁMINAS CONTROL COLORACIÓN ZN

Ref. 52021


LOTE:	260347	Fecha de fabricación 26-03-2026	Fecha de vencimiento 03-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 26-03-2026	Presentaciones Cj x 10 Láminas

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Láminas portaobjeto con frotis positivo y negativo, fijados para colorear	Cumple
Láminas con frotis Control Coloración Ziehl Neelsen	Control BAAR positivo (+)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen se observan BAAR en 100 campos microscópicos observados. (microorganismos de estructura cilíndrica color rojo)	Cumple
	Control BAAR negativo (-)	Al realizar la coloración de Ziehl Neelsen, NO se observan BAAR. Se observan leucocitos, moco y otras bacterias	Cumple

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2026