

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
ACIDO CLORHIDRICO 0,1N Ref. 16012		

LOTE:	260356	Fecha de fabricación 30-03-2026	Fecha de vencimiento 03-2029
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 30-03-2026	Presentación 500 mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado	Cumple
Volumétrico	Concentración (HCl, N)	0,098 – 0,102	0.102 N

Analista: Fernanda P.

.....

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 03-2026