

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
DRABKIN Ref. 14002		

LOTE:	260417	Fecha de fabricación 10-04-2026	Fecha de vencimiento 10-2027
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 13-04-2026	Presentación 500mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido amarillo, traslúcido, sin precipitado.	Cumple
Ciano metahemoglobina	Determinación de Hb	Mínimo 0.410 Patrón de Hemoglobina 15.0 g/dl	0.418

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 04-2026