

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FORMOL BUFERADO Ref. 19308		


LOTE:	260422	Fecha de fabricación 10-04-2026	Fecha de vencimiento 04-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 10-04-2026	Presentación 1000mL, Galón

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido incoloro, trasparente, sin precipitado	Cumple
Densimetría	Densidad 20°C g/cm ³	1.010 – 1.020	1.018
Potenciometría	pH 20°C	6.7 – 7.2	6.94
Valoración semicuantitativa de materia activa	Concentración de formaldehído	Mínimo 4 %	4%

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 04-2026