

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT	Código: M1-02-F04 Fecha: 01-02-2024 Versión: 07 Página 1 de 1
FUCSINA FENICADA ZN Ref. 12222		

LOTE:	260431	Fecha de fabricación 15-04-2026	Fecha de vencimiento 04-2028
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 16-04-2026	Presentaciones 200mL, 250mL, 500mL, 1000mL

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico	Aspecto físico	Líquido rojo brillante sin partículas en suspensión	Cumple
Espectrofotometría 1:1000 (1cm)	λ de máx. absorción	540 – 550 nm	546 nm
	Absorbancia	0.432– 0.721	0.567
Desempeño	Tinción ZIEHL NEELSEN	Control BAAR positivo: Bacilos de color rojo	Cumple
		Control BAAR negativo: Bacilos de color azul	
		Estructuras definidas	
		Precipitados ausentes	
		Buena y adecuada captación del colorante	

BAAR: Bacilos Acido Alcohol Resistentes

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 04-2026