

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS LAMINA CONTROL COLORACIÓN ZN	Código: M2-R-103 Fecha: 05/05/2026
---	---	---------------------------------------

Referencia:	52021			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260502	Tamaño de lote:	200 Láminas	Presentación:	Cj x 5 Láminas y 10 Láminas		
Fecha fabricación:	4/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2027	Fecha análisis:	4/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Láminas portaobjeto con dos círculos conteniendo extendidos.	Cumple
Desempeño: Coloración Ziehl Neelsen.	• CONTROL POSITIVO: BAAR (Bacilos ácido alcohol resistentes) de color rosa sobre fondo azul en el control positivo. • CONTROL NEGATIVO: Se observan leucocitos, células escamosas y moco. Estructuras claras y definidas.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	05/05/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	05/05/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------