

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS AQUA KIT	Código: M2-R-27 Fecha: 06/05/2026
---	---	--------------------------------------

Referencia:	21011	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260508	Tamaño de lote:	400mL
Fecha fabricación:	5/05/2026	Fecha vencimiento:	11-2026
		Presentación:	KIT
		Fecha análisis:	5/05/2026
		# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Cloruros	CONTROL POSITIVO Opalescente CONTROL NEGATIVO	Cumple
Sulfatos	CONTROL POSITIVO Opalescente CONTROL NEGATIVO	Cumple
Calcio	CONTROL POSITIVO Opalescente CONTROL NEGATIVO	Cumple
Dureza	CONTROL POSITIVO Violeta CONTROL NEGATIVO	Cumple

Observaciones:	
Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz
Firma:	
Fecha:	06/05/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.			
Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:	
		Fecha:	06/05/2026