

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS GIEMSA	Código: M2-R-58 Fecha: 12/05/2026
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Referencia:	12125			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260512	Tamaño de lote:	0,5L	Presentación:	500mL		
Fecha fabricación:	11/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2028	Fecha análisis:	11/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin material particulado.	Cumple
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 522 – 532 nm	ABS 0.58 - 0.73	524 nm - 0,724
Espectrofotometría: Absorbancia en longitud de onda λ 622 – 632 nm	ABS 1.22 - 1.70	624 nm - 1,498
Desempeño: Tinción de gota gruesa	- Núcleo del parásito color rojo intenso. - Citoplasma de color azul. - Calidad de la coloración: Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	12/05/2026
---------------------	----------------------	--------	---	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	12/05/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------