

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS AZUL CRESIL BRILLANTE	Código: M2-R-29 Fecha: 14/05/2026
---	--	--------------------------------------

Referencia:	12103			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260518	Tamaño de lote:	20L	Presentación:	50mL, 100mL		
Fecha fabricación:	12/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2028	Fecha análisis:	13/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin precipitado.	Cumple
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 620 – 630 nm	ABS 1.124 - 1.824	662 nm - 0,350
Desempeño: Tinción de reticulocitos	Cromatina de reticulocitos azul oscuro. Citoplasma gris definido. Globulos rojos color gris. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	14/05/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	14/05/2026
-------------------	------------------	--------	--	--------	------------