

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS OXALATO DE AMONIO 1%	Código: M2-R-76 Fecha: 14/05/2026
---	---	--------------------------------------

Referencia:	14006	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260520	Tamaño de lote:	10L
Fecha fabricación:	13/05/2026	Fecha vencimiento:	11-2027
		Fecha análisis:	13/05/2026
		# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado.	Cumple
Densimetría: Densidad 20°C g/cm3	ρ 0.995 - 1.005	1,004
Potenciometría: pH 20°C	pH 5,62 - 6,75	6,65
Desempeño: Recuento de plaquetas	• Plaquetas redondas con gran índice de refracción • Campo limpio sin precipitado	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad: Luisa F. Posada Cruz Firma:  Fecha: 14/05/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: Rosmira Albor R. Firma:  Fecha: 14/05/2026