

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS FIELD SALES FOSFATADAS	Código: M2-R-52 Fecha: 15/05/2026
---	---	--------------------------------------

Referencia:	12124	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260526	Tamaño de lote:	500L
Fecha fabricación:	14/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2028
		Presentación:	500mL
		Fecha análisis:	14/05/2026
		# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, transparente, sin precipitado.	Cumple
Potenciometría: pH 20°C	pH 7,1 - 7,3	7,3
Desempeño: Tinción gota gruesa para detección de hemoparásitos	- Núcleo del parásito color rojo intenso. - Citoplasma de color azul. - Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:			
Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma: 	Fecha: 15/05/2026
Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.			
Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma: 	Fecha: 15/05/2026