

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS CLORURO DE SODIO 0,85%	Código: M2-R-86 Fecha: 15/05/2026
---	---	--------------------------------------

Referencia:	14004			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260527	Tamaño de lote:	250L	Presentación:	1000mL		
Fecha fabricación:	14/05/2026	Fecha vencimiento:	11-2027	Fecha análisis:	14/05/2026	# de análisis:	N.A
MÉTODOS Y PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES				RESULTADO	
Organoléptico: Aspecto físico		Líquido incoloro, transparente, sin precipitado.				Cumple	
Densimetría: Densidad 20°C g/cm3		ρ 0.995 - 1.005				1,003	
Volumétrico: Porcentaje (%) de NaCl		0,841% - 0,859 %				0,847	
Observaciones:							
Analista de Calidad		Luisa F. Posada Cruz		Firma:		 Fecha: 15/05/2026	
Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.							
Director Técnico:		Rosmira Albor R.		Firma:		 Fecha: 15/05/2026	