

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS KIT DE VERIFICACIÓN		Código: M2-R-68 Fecha: 09/06/2026	

Referencia:	21006			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260528	Tamaño de lote:	90mL	Presentación:	KIT		
Fecha fabricación:	15/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2028	Fecha análisis:	15/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico Indicador Azul de Bromotimol	Líquido color verde aceituna, sin material particulado	Cumple
Desepeño: Control pH ácido (<6.0) Control pH neutro (7.0) Control pH alcalino (>7.0)	Solución se torna color amarillo. No debe presentar cambio de color y se observa de color verde aceituna. Solución se torna color azul	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	09/06/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	09/06/2026
-------------------	------------------	--------	--	--------	------------