

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS VIOLETA DE GRAM		Código: M2-R-64 Fecha: 28/05/2026	

Referencia:	12214			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260535	Tamaño de lote:	800L	Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL		
Fecha fabricación:	20/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2028	Fecha análisis:	27/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido color violeta, sin precipitado.	Cumple
Espectrofotométrico. Absorbancia en Longitud de onda λ 580 – 592 nm:	ABS 0,978 - 1,347	590 nm - 1,047
Desempeño: Tinción de Gram completa y estandarizada sobre láminas con frotis de bacterias Gram positivas y Gram negativas	- Control POSITIVO: Cocos Gram Positivos, se observan de color morado. - Control NEGATIVO: Bacilos Gram Negativos, se observan de color rosado. - Calidad de la coloración: Estructuras claras y definidas. Campo limpio sin precipitado, ni manchas. Buena y adecuada captación.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	28/05/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	28/05/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------