

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS LUGOL DE GRAM	Código: M2-R-62 Fecha: 22/05/2026
---	--	--------------------------------------

Referencia:	12213	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260536	Tamaño de lote:	800L
Fecha fabricación:	21/05/2026	Fecha vencimiento:	11-2028
		Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL
		Fecha análisis:	21/05/2026
		# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido color café, traslúcido sin material particulado.	Cumple
Volumétrico % de Yodo:	0,47% - 0,51 %	0,51%
Volumétrico % de Yoduro de Potasio:	0,97 - 1,02 %	1,02%
Desempeño: Tinción de Gram completa y estandarizada sobre láminas con frotis de bacterias Gram positivas y Gram negativas	- Control POSITIVO: Cocos Gram Positivos, se observan de color morado. - Control NEGATIVO: Bacilos Gram Negativos, se observan de color rosado. - Calidad de la coloración: Estructuras claras y definidas. Campo limpio sin precipitado, ni manchas. Buena y adecuada captación.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	22/05/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	22/05/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------