

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS DRABKIN	Código: M2-R-45 Fecha: 25/05/2026
---	--	--------------------------------------


Referencia:	14002			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260537	Tamaño de lote:	24L	Presentación:	500mL, 1000mL		
Fecha fabricación:	21/05/2026	Fecha vencimiento:	11-2027	Fecha análisis:	22/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido amarillo translúcido sin precipitado.	Cumple
Potenciometría: pH 20°C	pH 9,0	9
Espectrofotometría: Absorbancia con patrón de hemoglobina	Absorbancia de acuerdo con la concentración del patrón.	543 nm - 0,402

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	25/05/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	25/05/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------