

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS E.D.T.A.	Código: M2-R-46 Fecha: 26/05/2026
---	---	--------------------------------------

Referencia:	11003	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260542	Tamaño de lote:	35L
Fecha fabricación:	22/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2029
		Presentación:	200mL, 500mL, 1000mL
		Fecha análisis:	25/05/2026
		# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, sin precipitado.	Cumple
Volumétrico: Porcentaje (%) de EDTA	4,9 % - 5,3 %	5,10%
Potenciometría: pH 20°C	pH 4,2 - 4,4	4,3
Densimetría: Densidad 20°C g/cm3	ρ 1.020 - 1.024	1,023
Desempeño: Capacidad anticoagulante	- Ausencia de coágulos a los 30 minutos. - Ausencia de coágulos a los 60 minutos. - Ausencia de coágulos a las 4 horas.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad: Luisa F. Posada Cruz Firma:  Fecha: 26/05/2026

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: Rosmira Albor R. Firma:  Fecha: 26/05/2026