

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS WRIGHT	Código: M2-R-97 Fecha: 29/05/2026
---	---------------------------------------	--------------------------------------


Referencia:	12101			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260545	Tamaño de lote:	180L	Presentación:	1000mL		
Fecha fabricación:	28/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2028	Fecha análisis:	28/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido azul oscuro, sin material particulado.	Cumple
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 520 – 530 nm	ABS 0.35 - 0.60	523 nm - 0,481
Espectrofotometría: Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 645 – 652 nm:	ABS 0.65 - 1.10	648 nm - 0,745
Desempeño: Tinción de Wright completa y estandarizada sobre lámina con extendido de sangre periférica	• Plaquetas con gránulos púrpura destacados y halómero visible. • Glóbulos blancos con citoplasma formado, cromatina nuclear bien definida y gránulos en diferentes tonos lila. Glóbulos rojos color rosado-salmón con halo central pálido sin cambios en su morfología. • Calidad de la coloración: Estructuras definidas. Campo limpio sin precipitado.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma: 	Fecha: 29/05/2026
---------------------	----------------------	---	-------------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico: Rosmira Albor R.	Firma: 	Fecha: 29/05/2026
------------------------------------	--	-------------------