

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS LAMINA CONTROL COLORACIÓN GRAM	Código: M2-R-102 Fecha: 29/05/2026
---	---	---------------------------------------

Referencia:	52011			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260551	Tamaño de lote:	100 Láminas	Presentación:	Cj x 5 Láminas y 10 Láminas		
Fecha fabricación:	29/05/2026	Fecha vencimiento:	05-2027	Fecha análisis:	29/05/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Láminas portaobjeto con dos círculos conteniendo extendido con bacterias Gram POSITIVA y bacterias Gram NEGATIVA	Cumple
Desempeño: Coloración de Gram.	• Cocos GRAM POSITIVOS, microorganismos de estructura redonda de color violeta (correspondientes a la cepa ATCC Staphylococcus aureus 25923). • Bacilos GRAM NEGATIVOS, microorganismos de estructura cilíndrica teñidos color rosa con fucsina o rojo con safranina (correspondientes a la Cepa ATCC Escherichi coli 25922).	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	29/05/2026
---------------------	----------------------	--------	--	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	29/05/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------