

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS AGUA DESTILADA	Código: M2-R-19 Fecha: 14/05/2026
---	---	--------------------------------------

Referencia:	14010			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS				
Lote:	A260523	Tamaño de lote:	N.A	Presentación:	20L,10L,4L,1L,500mL				
Fecha fabricación:	14/05/2026	Fecha vencimiento:	06-2026	Fecha análisis:	14/05/2026	# de análisis:	1405		
MÉTODOS Y PARÁMETROS		ESPECIFICACIONES				RESULTADO			
Organoléptico: Aspecto físico		Líquido incoloro, inoloro, sin partículas en suspensión				Cumple			
Conductimetría: Conductividad 25°C		Máx. 1 µs/cm				0,55			
Dureza: •Cloruros, •Sulfatos, • Calcio, •Magnesio		•Cloruros, •Sulfatos, •Calcio, •Magnesio: NEGATIVO				Cumple			
pH		5 - 7				6,1			
Observaciones:									
Analista de Calidad		Luisa F. Posada Cruz		Firma:				Fecha:	14/05/2026
Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.									
Director Técnico:		Rosmira Albor R.		Firma:				Fecha:	14/05/2026