

|                                                                                   |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS AGUA DESTILADA</b> | Código: M2-R-19<br>Fecha: 05/06/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

|                    |              |                    |         |                 |                           |                |             |
|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Referencia:        | <b>14010</b> |                    |         | Fabricado por:  | <b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |                |             |
| Lote:              | A260607      | Tamaño de lote:    | N.A     | Presentación:   | 20L,10L,4L,1L,500mL       |                |             |
| Fecha fabricación: | 5/06/2026    | Fecha vencimiento: | 07-2026 | Fecha análisis: | 5/06/2026                 | # de análisis: | <b>0506</b> |

| MÉTODOS Y PARÁMETROS                                           | ESPECIFICACIONES                                             | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico:</b><br>Aspecto físico                        | Líquido incoloro, inoloro, sin partículas en suspensión      | Cumple    |
| <b>Conductimetría:</b><br>Conductividad 25°C                   | Máx. 1 µs/cm                                                 | 0,63      |
| <b>Dureza:</b><br>•Cloruros, •Sulfatos, • Calcio,<br>•Magnesio | •Cloruros, •Sulfatos, •Calcio, •Magnesio:<br><b>NEGATIVO</b> | Cumple    |
| <b>pH</b>                                                      | 5 - 7                                                        | 6,09      |

|                                                                                                                                      |                      |        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Observaciones:                                                                                                                       |                      |        |                                                                                    |
| Analista de Calidad                                                                                                                  | Luisa F. Posada Cruz | Firma: |  |
|                                                                                                                                      |                      | Fecha: | 05/06/2026                                                                         |
| <b>Concepto de calidad:</b> El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica. |                      |        |                                                                                    |
| Director Técnico:                                                                                                                    | Rosmira Albor R.     | Firma: |  |
|                                                                                                                                      |                      | Fecha: | 05/06/2026                                                                         |