


|                                                                                   |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS AGUA DESTILADA</b> | Código: M2-R-19<br>Fecha: 02/07/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

|                    |           |                    |         |                 |                     |                |      |
|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------|------|
| Referencia:        | 14010     |                    |         | Fabricado por:  | QUÍMICOS ALBOR SAS  |                |      |
| Lote:              | E260607   | Tamaño de lote:    | N.A     | Presentación:   | 20L,10L,4L,1L,500mL |                |      |
| Fecha fabricación: | 2/07/2026 | Fecha vencimiento: | 08-2026 | Fecha análisis: | 2/07/2026           | # de análisis: | 0207 |

| MÉTODOS Y PARÁMETROS                                           | ESPECIFICACIONES                                             | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico:</b><br>Aspecto físico                        | Líquido incoloro, inoloro, sin partículas en suspensión      | Cumple    |
| <b>Conductimetría:</b><br>Conductividad 25°C                   | Máx. 1 µs/cm                                                 | 0,57      |
| <b>Dureza:</b><br>•Cloruros, •Sulfatos, • Calcio,<br>•Magnesio | •Cloruros, •Sulfatos, •Calcio, •Magnesio:<br><b>NEGATIVO</b> | Cumple    |
| pH                                                             | 5 - 7                                                        | 6,09      |

|                                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Observaciones:                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                           |                   |
| Analista de Calidad                                                                                                                  | Luisa F. Posada Cruz                                                                      | Firma:  | Fecha: 02/07/2026 |
| <b>Concepto de calidad:</b> El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica. |                                                                                           |                                                                                           |                   |
| Director Técnico: Rosmira Albor R.                                                                                                   | Firma:  | Fecha: 02/07/2026                                                                         |                   |