

|                                                                                   |                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS AGUA DESIONIZADA</b> | Código: M2-R-18<br>Fecha: 30/06/2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                    |              |                    |         |                 |                           |                |             |
|--------------------|--------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Referencia:        | <b>14009</b> |                    |         | Fabricado por:  | <b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |                |             |
| Lote:              | E260609      | Tamaño de lote:    | N.A     | Presentación:   | 20L,10L,4L,1L,500mL       |                |             |
| Fecha fabricación: | 30/06/2026   | Fecha vencimiento: | 07-2026 | Fecha análisis: | 30/06/2026                | # de análisis: | <b>3006</b> |

| MÉTODOS Y PARÁMETROS                                              | ESPECIFICACIONES                                                 | RESULTADO |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico:</b><br>Aspecto físico                           | Líquido incoloro, inoloro, sin partículas en suspensión          | Cumple    |
| <b>Conductimetría:</b><br>Conductividad 25°C                      | Máx. 1 µs/cm                                                     | 0,48      |
| <b>Dureza:</b><br>• Cloruros, • Sulfatos, • Calcio,<br>• Magnesio | • Cloruros, • Sulfatos, • Calcio, • Magnesio:<br><b>NEGATIVO</b> | Cumple    |
| <b>pH</b>                                                         | 5 - 7                                                            | 6,08      |

Observaciones:

|                     |                      |        |                                                                                    |        |            |
|---------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Analista de Calidad | Luisa F. Posada Cruz | Firma: |  | Fecha: | 30/06/2026 |
|---------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|

**Concepto de calidad:** El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

|                   |                  |        |                                                                                    |        |            |
|-------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Director Técnico: | Rosmira Albor R. | Firma: |  | Fecha: | 30/06/2026 |
|-------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|