

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS ALCOHOL ACIDO	Código: M2-R-99 Fecha: 08/07/2026
---	--	--------------------------------------

Referencia:	12221	Fabricado por: QUÍMICOS ALBOR SAS	
Lote:	260714	Tamaño de lote:	5,5 L
Fecha fabricación:	8/07/2026	Presentación:	250mL
		Fecha vencimiento:	07-2029
		Fecha análisis:	8/07/2026
		# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido incoloro, sin material particulado.	Cumple
Volumétrico: Concentración Normal de Ácido Clorhídrico	0,31N - 0,34 N	0,32 N
Desempeño: Tinción de Ziehl Neelsen completa y estandarizada sobre láminas control coloración de BAAR:	- Control POSITIVO: Los Bacilos ácido alcohol resistentes se tiñen de color rojo. - Control NEGATIVO: No se observan Bacilos ácido-alcohol resistentes. - Calidad de la coloración: Estructuras definidas, sin precipitado, en el fondo del campo visual se observan células escamosas, moco, bacterias y leucocitos color azul.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	08/07/2026
---------------------	----------------------	--------	---	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	08/07/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------