

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS FUCSINA FENICADA ZN	Código: M2-R-101 Fecha: 09/07/2026
---	--	---------------------------------------

Referencia:	12222			Fabricado por:	QUÍMICOS ALBOR SAS		
Lote:	260717	Tamaño de lote:	9 L	Presentación:	250mL		
Fecha fabricación:	8/07/2026	Fecha vencimiento:	07-2028	Fecha análisis:	9/07/2026	# de análisis:	N.A

MÉTODOS Y PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
Organoléptico: Aspecto físico	Líquido color rojo intenso brillante, sin precipitado.	Cumple
Espectrofotometría. Absorbancia (ABS) en longitud de onda λ 520 – 530 nm	ABS 0.35 - 0.60	545 nm 0,479
Desempeño: Tinción de Ziehl Neelsen completa y estandarizada sobre láminas control coloración de BAAR	- Control POSITIVO: Los Bacilos ácido alcohol resistentes se tiñen de color rojo. - Control NEGATIVO: No se observan Bacilos ácido-alcohol resistentes. - Calidad de la coloración: Estructuras definidas, sin precipitado, en el fondo del campo visual se observan células escamosas, moco, bacterias y leucocitos color azul.	Cumple

Observaciones:

Analista de Calidad	Luisa F. Posada Cruz	Firma:		Fecha:	09/07/2026
---------------------	----------------------	--------	---	--------	------------

Concepto de calidad: El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

Director Técnico:	Rosmira Albor R.	Firma:		Fecha:	09/07/2026
-------------------	------------------	--------	---	--------	------------